



**EGE ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**CERRAHİ ALETLERİN SAYIMI VE PAKETLENMESİ TALİMATI**



DOKUMAN NO: STR-TL-1 YAYIN TARİHİ: KASIM 2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 1

**1. AMAÇ:** Dekontaminasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun paketlenmesini sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Alet dokümantasyonuna ilişkin tüm basamakları kapsar.

**3. KISALTMALAR**

**4. TANIMLAR:**

Poliprolen Poşet (Tyvek): Plazma sterilizatörde kullanılır, selüloz materyal içermez

Sterilizasyon Rulosu: Otoklavda kullanılır.

Konteyner Sistemleri: Malzemeler direkt olarak içine yerleştirilir, kilit ve filtreler her kullanım sonrası değiştirilir.

Kumaş Örtüler: Alet paketlemede kullanılan tekstil ürünüdür.

Krepe Kâğıtları: Buhar sterilizasyonunda alet paketlemede kullanılan materyaldir.

**5. SORUMLULAR:**

MSÜ çalışanları

**6. FAALİYET AKIŞI:**

6.1. Paketlenecek alet ve malzemenin temiz ve kuru olduğundan emin olunur.

6.2. Cerrahi aletlerin kırık, bozuk ve kirli olup olmadıkları ve fonksiyonları kontrol edilir, gerekirse eklem aralarına bakım spreyi sıkılır

6.3. Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir, alet listesinden sayımı yapılarak malzeme teslim formuna kayıt edilir paketlenen yapının imzası ile liste set içine konularak paketlenir. Taslar iç içe konulacaksa aralarına buhar geçişine izin verebilecek havlular konulur. Set tepsilerinin altına kumaş veya krepe kâğıdı konulur. Mikrocerrahi aletlerin uçlarına zarar gelmemesi için batın kompresi arasına yerleştirilerek kapatılır.

6.4. Her paket içine kimyasal indikatör konulur.

6.5. Paketler zarf şeklinde ve krepe kâğıdı veya tekstil ile çift kat olarak, ya da tek kat krepe tek kat kumaş olarak paketlenir.

6.6. Her paket üzerine maruziyet indikatörü yapıştırılır ve sterilizasyon tarihi, paketin içeriği, paketlenen personelin ismi yazılır ve sterilizasyon miadı yazılır.

6.7. Sterilizasyon rulosu ile paketlenen cerrahi aletler tek paket yapılarak paketlenir, uçları kesici delici aletler çift paket yapılarak paketlenir. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

6.8. Konteynerlerin kenarlarına maruziyet bantları yapıştırılır, içine sınıf 6 indikatör konulur, kilitleri kapatılarak sterilizasyona verilir.

6.9. Paketlenmiş alet setinin (tepsi aletler ve bohça) ağırlığı 7 kiloyu geçmemelidir.

HAZIRLAYAN/  
AYŞE KOL

KONTROL/KALİTE YON. DİREKTÖRÜ  
PROF. DR. MEHMET SONUGELEN

ONAY/DEKAN  
PROF. DR. CELAL ARTUNÇ